



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

## 68U397 Calibrateur de Niveau



Le calibrateur 68U397 se réfère à l'atlas international du cerveau des rats et prend le bregma crânio-facial et le lambda comme points de référence. La distance entre B(0) et L(0) est d'environ 7,67 mm. Lorsque le crâne de l'animal est à l'horizontale, ces deux points doivent être au même niveau. Lorsqu'il est fixé au manipulateur X-Z de l'instrument stéréotaxique et qu'il descend, l'extrémité de B(0) et de L(0) doit toucher le crâne en même temps. Dans le cas contraire, l'adaptateur doit être ajusté pour répondre aux exigences.



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

[www.carfil.be](http://www.carfil.be)