



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Appareil de chauffage Unité de contrôle 02/CU-02



Unité de contrôle 01

Les appareils de chauffage UNO sont spécialement conçus pour l'usage avec de petits animaux de laboratoire tels que souris et rats pendant l'anesthésie.

Le unité de contrôle 02 a respectivement 2 douille de connexion pour l'un des éléments chauffants présentés ci-dessous et/ou pour une sonde de température. Les réglages de température de l'unité de contrôle varient de 28 °C à 42 °C. Les éléments chauffants connectés chauffent jusqu'à ce que la température réglée sur l'unité de contrôle soit atteinte. Une fois la température de consigne atteinte, l'unité de contrôle maintient cette température.

Dans l'unité de contrôle 02, il n'y a pas d'interaction entre la sonde de température (mesure de la température rectale de l'animal) et l'appareil de chauffage (température de consigne).

Numéro de commande

Bestelnummer	
180000122	Unité de contrôle 02
180000028	Plateau chauffant / 34,5 x 23 cm
180000128	Plateau chauffant / 18,5 x 11 cm
180000027	Unité de chauffage en U
180000029	Unité de chauffage à extension caudale
180000066	Sonde de température
180000026	Temperatuursond - rat



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be